LABORATORIOS DE AGUA DE CONSUMO

Requisitos dos laboratorios que realicen análises de augas de consumo

Os laboratorios que realicen as analíticas de auga e superen a determinación anual de 5000 mostras de auga de consumo, terán todos os métodos de análise acreditados pola norma UNE EN ISO/IEC-17025 a partir do 2 de xaneiro de 2024.

Os laboratorios que realicen entre 300 e 5000 mostras de auga ao ano, terán todos os métodos de análise acreditados pola norma UNE EN ISO/IEC-17025 a partir do 2 de xaneiro de 2028.

Aqueles que non superen as 300 mostras, e/ou que non teñan todos os métodos de análise acreditados por esta norma, deberan ter os métodos empregados validados e documentados de conformidade co Anexo 3 partes C, D e E segundo corresponda.

Cómpre recordar que os laboratorios que realicen análises de auga para os autocontrois de abastecementos que deban estar de alta no SINAC, deben á su vez estar dados de alta no SINAC.

Máis información no artigo 20 do **Rd 3/2023**

ENTIDADE NACIONAL DE ACREDITACIÓN. ENAC

Páxina web de ENAC

MINISTERIO DE SANIDADE. PREGUNTAS FRECUENTES RELATIVAS AOS LABORATORIOS

Páxina web do Ministerio de Sanidade

COMO DAR DE ALTA UN LABORATORIO NO SINAC

Alta de Laboratorios no SINAC